

### HOJA DE VIDA

<b>Descripcion Equipo:</b>	Analizador de ozono principio de absorcion UV	<b>Serial:</b>	
<b>Fabricante</b>	Teledyne API	<b>Placa Inventario:</b>	498137
<b>Modelo:</b>	T400		
<b>Ubicación:</b>	Aduanilla de Paiba	<b>No. Estacion:</b>	3
<b>Estacion:</b>	Paiba		
<b>Instalacion</b>	feb-19		

### Especificaciones Tecnicas

<b>Parametro</b>	Ozono
<b>Rango medicion</b>	0 a 100 ppb
<b>Error</b>	<0.5% de lectura sobre 100 ppb
<b>Principio de Medicio</b>	Absorcion UV
<b>Metodo Equivalente:</b>	The T400 photometric ozone analyzer is officially designated as US EPA Federal Equivalent Method (FEM), Designation Number EQOA-0992-087.
<b>Rango de flujo:</b>	800 cc/min +/- 10%
<b>Ciclo Medicion:</b>	Minutal
<b>Especificaciones Electricas</b>	Voltaje: 110 a 120 VAC amperaje: 3 Amp Potencia: 60 Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura amb: 5 - 50 °C Temperatura operaci3n: 5 - 40 °C Humedad: 0 - 90 %
<b>Especificaciones fisicas</b>	Peso: 12,7 Kg Alto: 4,32 cm Ancho: 5,97 cm Profundo: 17,8 cm

### Comunicaci3n

<b>Interfaz</b>	Puerto USB / RS232 / Ethernet
<b>Memoria</b>	
<b>Dispositivo</b>	Servidor - Modem moxxa - router Tenda
<b>MAC</b>	00FF6972150F
<b>Direccion IP</b>	10.40.160.40
<b>Mascara</b>	255.255.240.0
<b>Puerta de Enlace</b>	10.40.160.1
<b>DNS I</b>	10.20.100.18
<b>DNS II</b>	10.20.200.101

### Mantenimiento

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Verificar flujo	6 meses	Aux. Laboratorio.
Calibracion aire cero	6 meses	Aux. Laboratorio.
Cambio de filtro de particulas	1 mes	Aux. Laboratorio.
Cambio de diafragma de bomba	2 años	Aux. Laboratorio.
Cambio Scruber	1 año	Aux. Laboratorio.
Cambio de tubo de absorcion	1 año	Aux. Laboratorio.

Repuesto consumible	Ref	Marca	vida util
Filtro de particulas		TAPI	1 Semana

Diafragma de bomba		TAPI	2 años
Scruber O3		TAPI	1 año
Lineas neumatico		TAPI	1 año
Tubo de absorcion		TAPI	1 año

### Informacion del Proveedor

<b>Fabricante</b>	Met One Instrumets	
<b>Proveedor</b>	Sanambiente S.A.S.	<b>NIT</b> 805.000.004-1
<b>Contacto</b>	Jaime Diaz	<b>Telefono</b>
<b>Direccion</b>	Carrera 72 A BIS No. 52-21	<b>E-mail</b> <a href="mailto:ventas@sanambiente.com.co">ventas@sanambiente.com.co</a>

### Componente y elementos

Cantidad	Descripcion	Serie	Marca
1	Bomba		
1	Monitor		
1	Tubo de toma de muestra		
1	Inlet		

### Registro Fotografico

